

BOTTE DE MARCHÉ (AIRCAST)

Recommandations spécifiques

Les bottes de marche sont utilisées pour diverses blessures reliées au pied et/ou à la cheville. Cet appareillage permet d'immobiliser le pied et de le maintenir dans une position favorisant la guérison. Elle est plus confortable qu'un plâtre et permet le nettoyage du pied à tous les jours.

Installation

- 1) Installer le pied dans la botte. Assurez-vous que le talon soit bien appuyé à l'arrière et au fond de celle-ci.
- 2) Refermer le chausson sur la jambe et le pied.
- 3) Installer le protecteur de plastique sur le devant de la jambe.
- 4) Fermer les courroies velcros en commençant par celle du milieu pour aider à pousser la cheville à l'arrière de la botte. Serrer pour un ajustement stable et confortable.
- 5) Sur la botte haute, ajuster la roulette sur le chiffre 1 ou 2 et, avec l'aide de la pompe, gonfler le ballon d'air. Répéter pour le côté opposé en tournant la roulette sur le numéro correspondant. Lorsque les deux ballons sont gonflés, assurez-vous de positionner la roulette sur le logo cadena. Ceci évitera un dégonflement accidentiel de la botte.

Sur la botte courte, gonflez les ballons d'air en employant leurs pompes noires respectives.

*** Pour gonfler, assurez-vous, à l'aide du pouce, de boucher l'orifice sur la pompe noire.

- 6) Avant de retirer la botte, assurez-vous de dégonfler les sacs d'air en les sélectionnant chacun à leur tour et en appuyant sur le petit bouton de dégonflage. Ceci facilitera la remise en place de la botte et vous permettra d'ajuster adéquatement, à chaque fois, la compression des sacs d'air et votre confort.

Entretien

Le revêtement en mousse (chausson) peut être retiré afin d'en faciliter l'entretien. Lavez-le à la main, à l'eau tiède avec un détergent doux. Laissez sécher à l'air libre; la chaleur (sècheuse, séchoir) risquerait d'abîmer le chausson. La semelle peut être nettoyée à l'aide d'un linge humide et d'un savon doux.



BOTTE HAUTE



BOTTE COURTE

BOTTE HAUTE



Pompe (Gros bouton noir)

Bouton de dégonflage (Petit bouton noir)

Roulette (1, 2 et cadena)

BOTTE COURTE



Pompe (Gros bouton noir)

Bouton de dégonflage (Petit bouton noir)

** Les deux boutons sont situés de chaque côté de la botte.

Informations supplémentaires

Il est possible que vous ayez à modifier (augmenter, diminuer) l'effet de compression des sacs d'air au courant de la journée. Plusieurs facteurs peuvent influencer le confort ressenti (oedème, inconfort d'une cicatrice, etc).

Sherbrooke, Est
360, rue Galt Est, bur. 320,
Sherbrooke (Québec) J1G 1X9
T: 819 340-1234
info@laboratoireevo.com

Granby
459, rue Principale,
Granby (Québec) J2G 2W9
T: 450 777-3221
info@laboratoireevo.com

Evo Orthopédie Technique
1851, rue Sherbrooke E, bur.401,
Montréal (Québec) H2K 4L5
T: 438 386-6966
montreal@laboratoireevo.com

Sherbrooke, Ouest
21, boulevard J.-A.-Bombardier
Sherbrooke (Québec) J1L 0H8
T: 819 340-1234
info@laboratoireevo.com

Lac-Mégantic
6250, rue Salaberry,
Lac Mégantic (Québec) G6B 1H8
T: 819 340-1234
info@laboratoireevo.com